



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

**PROCEDURA SINTEL ID 172915191**  
**FORNITURA DI UN ANALIZZATORE DI GAS COMBUSTI PORTATILE**  
**RDA 90675 – CIG A0020BF6Bo – CUP D43C22003090001**

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

A seguito delle offerte ricevute in risposta alla procedura di Affidamento diretto previa richiesta preventivi per la “FORNITURA DI UN ANALIZZATORE DI GAS COMBUSTI PORTATILE”, con il presente verbale si esplicitano le motivazioni che hanno condotto alla scelta dell’Operatore economico **MRU Italia Srl**.

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL del portale ARIA – Regione Lombardia, risulta depositata n. 1 (una) offerta telematica da parte del seguente concorrente, come da tabella a seguire:

<u>N° PROT. INFORMATICO</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</u>	<u>DATA</u>	<u>STATO OFFERTA</u>
1694169783470	MRU Italia S.r.l. 02689820245	Forma singola	venerdì 8 settembre 2023 12.43.03 CEST	Valida

I criteri di valutazione previsti sono quelli elencati all’art. 12 del Disciplinare di gara. Si esplicitano di seguito le motivazioni dell’affidamento rispetto ai criteri di valutazione:

- 1. Completezza e corrispondenza delle caratteristiche tecniche dello strumento offerto alle specifiche richieste dalla Stazione appaltante**  
Le caratteristiche dello strumento offerto corrispondono pienamente alle specifiche tecniche richieste nel Disciplinare di gara
- 2. Eventuale presenza della batteria interna al litio per mantenere acceso lo strumento in caso di black-out, o durante gli spostamenti da un punto di prelievo ad un altro**  
Nella documentazione fornita viene dichiarata la presenza di una batteria interna e una autonomia di circa un’ora
- 3. Peso dell’analizzatore completo di sistema di prelievo e trattamento del campione (esclusa sonda di prelievo e linea di prelievo riscaldata)**  
Nella documentazione fornita viene dichiarato un peso di circa 10 kg esclusa la sonda e la linea di prelievo
- 4. Presenza e numero di uscite e ingressi analogici 4-20mA con configurazione libera**  
Nella documentazione fornita viene dichiarata la presenza di 8 uscite e 4 ingressi analogici con configurazione libera, oltre ad un ulteriore ingresso tramite l’ingresso AUX
- 5. Esistenza o possibilità di aggiungere altre interfacce oltre LAN e/o USB (quali ad es. Wi-Fi, RS485)**  
Nella documentazione è indicata la presenza dell’interfaccia RS 485 (ingresso AUX) e quella di un convertitore Wi-Fi



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

**6. Tempi di consegna ed installazione di tutti i prodotti indicati nel paragrafo “Oggetto”**

I tempi di consegna dichiarati sono 10 settimane

**7. Periodo di garanzia e assistenza tecnica post vendita sul territorio italiano**

Il periodo di garanzia offerto è di 12 mesi

**8. Referenze aziendali e forniture analoghe**

Viene indicata la presenza in Italia di quasi 80 analizzatori MGAprime-Q forniti ad alcuni dei principali laboratori ambientali privati, nonché ad alcuni enti di controllo pubblici (vengono citati i pubblici: ARPA Veneto, Friuli, Umbria e Campania). Nella specifica configurazione MGAprime-H2 (da dichiarazione del fornitore è il modello Q con l'aggiunta del sensore H2) viene indicata la fornitura in Italia di un solo strumento ad uno dei principali produttori Italiani di caldaie e bruciatori industriali. Per quest'ultimo caso non viene fornito un riferimento dell'acquirente poiché non sono autorizzati a divulgarne il nome.

**9. Economicità dell'offerta presentata**

L'offerta pervenuta risulta economicamente vantaggiosa e soddisfacente, con un risparmio di 0,28 % rispetto alla base d'asta.

Preso atto degli elementi forniti e delle condizioni economiche indicati dall'unico Operatore economico che ha partecipato alla procedura:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	VALORE ECONOMICO	PUNTEGGIO ECONOMICO
1694169783470	MRU Italia S.r.l. 02689820245	Forma singola	35.900,00000 EUR	100,00

Il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico **MRU Italia Srl** riscontrando la correttezza e la completezza rispetto a quanto richiesto dall'art. 7 Documentazione amministrativa richiesta del Disciplinare di gara.

Il presente verbale è composto da n. 2 (due) pagine.

**Letto, approvato e sottoscritto**

Milano, 13/09/2023

Il RUP

Dott. Andrea Papoff

*Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente*